

ZERTIFIKAT

über Produktkonformität (QAL1)

Zertifikatsnummer: 0000034863

Messeinrichtung: Gaschromatograph GC 5000 BTX Ausführung PID für Benzol

Hersteller: AMA Instruments GmbH
Söflinger Straße 100
89077 Ulm
Deutschland

Prüfinstitut: TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH

Hiermit wird bescheinigt, dass das AMS geprüft wurde und die festgelegten Anforderungen der folgenden Normen erfüllt:

DIN EN 14662-3: 2005, DIN EN 15267-1: 2009 und DIN EN 15267-2: 2009

Die Zertifizierung gilt für die in diesem Zertifikat aufgeführten Bedingungen (siehe auch folgende Seiten).



- EN zertifizierte Gleichwertigkeit
- Entspricht Richtlinie 2008/50/EC
- TÜV geprüft
- Jährliche Überprüfung

Eignungsbekanntgabe im
Bundesanzeiger vom 26. Januar 2011

Gültigkeit des Zertifikates bis:
01. März 2017

Umweltbundesamt
Dessau, 16. März 2012

TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH
Köln, 15. März 2012

i. A. Dr. Hans-Joachim Hummel

ppa. Dr. Peter Wilbring

www.umwelt-tuv.de
teu@umwelt-tuv.de
Tel. +49 221 806-2756

TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH
Am Grauen Stein
51105 Köln

Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 und zertifiziert nach ISO 9001:2008

Prüfbericht:	LUBW-Berichtsnr. 143-04R / 10 vom 23. November 2010
Erstmalige Zertifizierung:	02. März 2012
Gültigkeit des Zertifikats bis:	01. März 2017
Veröffentlichung:	BAnz. 2011, Nr. 14, Seite 294, Kapitel III, Nr. 1.1

Genehmigte Anwendung

Das geprüfte AMS ist geeignet zur kontinuierlichen Immissionsmessung im stationären Einsatz.

Die Eignung des AMS für diese Anwendung wurde im Einflussbereich einer stark befahrenen Straße (Autobahnzubringer) und eines dreimonatigen Feldtests beurteilt.

Die AMS ist für den Temperaturbereich von +5 °C bis +35 °C zugelassen.

Jeder potenzielle Nutzer sollte in Abstimmung mit dem Hersteller sicherstellen, dass dieses AMS für den geplanten Einsatzort geeignet ist.

Basis der Zertifizierung

Dieses Zertifikat basiert auf:

- Prüfbericht 143-04R / 10 vom 23. November 2010 der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW), Karlsruhe
- Eignungsbekanntgabe durch das Umweltbundesamt als zuständige Stelle
- Überwachung des Produktes und des Herstellungsprozesses
- Veröffentlichung im Bundesanzeiger (BAnz. 26. Januar 2011, Nr. 14, Seite 294, Kapitel III, Nr. 1.1, UBA Bekanntmachung vom 10. Januar 2011)
- Veröffentlichung im Bundesanzeiger (BAnz. 2 März 2012, Nr. 36, Seite 920, Kapitel V Mitteilung 14 sowie Mitteilung 22, UBA Bekanntmachung vom 23. Februar 2012)

Messeinrichtung:

Gaschromatograph GC 5000 BTX Ausführung PID für Benzol

Hersteller:

AMA Instruments GmbH, Ulm

Eignung:

Für die kontinuierliche Erfassung von Benzol –Immissionskonzentrationen in der Außenluft.

Messbereiche in der Eignungsprüfung:

Benzol: 0 – 50 µg/m³

Softwareversion:

GC 5000 BTX Version 1.1

Einschränkung:

Die Messeinrichtung ist verfahrensbedingt nicht mit einem lebenden Nullpunkt ausgestattet.

Hinweise:

Keine

Prüfbericht:

Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW), Karlsruhe Bericht-Nr.: 143-04R / 10 vom 23. November 2010

14 Mitteilung zur Bekanntmachung des Umweltbundesamtes vom 10. Januar 2011
(BAnz. S 294, Kapitel III Nummer 1.1)

Die neue Softwareversionsnummer der Immissionsmesseinrichtung Gaschromatograph GC 5000 BTX Ausführung PID für Benzol der Fa. AMA Instruments GmbH lautet: Version 2.1.

Die Messeinrichtung kann auch mit dem Netzteil Mean Well PS-35-24 24V/1,5 A anstelle des Netzteils Mean Well PS-25-24 24V/1,0 A betrieben werden.

Stellungnahme der TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH vom 29. September 2011

22 Mitteilung zur Bekanntmachung des Umweltbundesamtes vom 10. Januar 2011
(BAnz. S. 294, Kapitel III, Nummer 1.1)

Die Messeinrichtung GC 5000 BTX Ausführung PID für Benzol der Firma AMA Instruments GmbH für die Bestimmung der Benzolkonzentration in der Außenluft erfüllt die Bestimmungen der DIN EN 14662-3 vom August 2005.

Darüber hinaus erfüllt die Herstellung und das Qualitätsmanagementsystem der Messeinrichtung GC 5000 BTX Ausführung PID für Benzol die Anforderungen der DIN EN 15267.

Der Prüfbericht über die Eignungsprüfung ist im Internet unter www.qal1.de einsehbar.
Stellungnahme der TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH vom 30. Januar 2012.

Zertifiziertes Produkt

Das Zertifikat gilt für automatische Messeinrichtungen, die mit der folgenden Beschreibung übereinstimmen:

Der Online-Gaschromatograph GC 5000 BTX wurde für die kontinuierliche Überwachung von Benzol, Toluol, m-/p-Xylol und o-Xylol und von Ozon-Vorläufern von C6 bis C12 in Umgebungsluft entwickelt.

Die geprüfte Messeinrichtung ist in einem 19 Zoll Gehäuse aufgebaut und hat die folgenden technischen Daten:

19“-Gehäuse

Höhe:	6 HE
Tiefe:	600 mm
Gewicht:	ca. 33 kg
Umgebungstemperaturbereich:	0 °C bis 40 °C

Spannungs- und Gasversorgung

Spannung:	220-250 VAC, 50 Hz
Leistungsaufnahme:	max. 800 Watt
Trärgas:	Stickstoff 5.0 (Verbrauch lt. Hersteller: 12 ml/min)
Gasanschlüsse:	Swagelok 1/8“ Schott-Verschraubungen
Detektor:	PID – Photo-Ionisations-Detektor

Probenahmesystem

Pumpe:	Wartungsfreie Membranpumpe
Volumenmessung:	MFC- Massendurchflussregler mit thermischem Sensor
Probenahmedauer:	15 min
Durchflussrate:	20 ml/min (n, tr)
Probenvolumen:	300 ml (n, tr)

Anreicherung

Adsorbens:	Carbotrap
Anreicherungstemperatur:	30 °C
Desorptionstemperatur:	230 °C

Ventilofen

Temperatur:	80 °C
Probenumschaltung:	6-Port-Ventil

Säulenofen

GC-Trennsäule:	Quarzkapillarsäule AMAsep 1 - 0,32 mm ID / 30 m / 1,5 µm Film
Temperaturprogramm:	50 °C 3 min, 8 °C/min, 130 °C 5 min Ofenkühlung
Kühlung:	Zwangskühlung durch Öffnen des Säulenofens und Luftumwälzung

Kommunikation

Schnittstellen:	2 x Ethernet, RS232, RS485, 4 x USB, VGA, max. 16 Analogausgänge (4-20 mA, 0-20 mA, 0-5 V, 0-10 V), digitale Ein-/Ausgänge, Feldbusanbindung
Protokolle:	Gesytec I (Bayern und Hessen), Gesytec II, Modbus RTU, andere auf Anfrage

Allgemeine Anmerkungen

Dieses Zertifikat basiert auf dem geprüften Gerät. Der Hersteller ist dafür verantwortlich, dass die Produktion dauerhaft den Anforderungen der DIN EN 15267 entspricht. Der Hersteller ist verpflichtet, ein geprüftes Qualitätsmanagementsystem zur Steuerung der Herstellung des zertifizierten Produktes zu unterhalten. Sowohl das Produkt als auch die Qualitätsmanagementsysteme müssen einer regelmäßigen Überwachung unterzogen werden.

Falls festgestellt wird, dass das Produkt aus der aktuellen Produktion mit dem zertifizierten Produkt nicht mehr übereinstimmt, ist die TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH unter der auf Seite 1 angegebenen Adresse zu informieren.

Das Zertifikatszeichen mit der produktspezifischen ID-Nummer, das an dem zertifizierten Produkt angebracht oder in Werbematerialien für das zertifizierte Produkt verwendet werden kann, ist auf Seite 1 dieses Zertifikates dargestellt.

Dieses Dokument sowie das Zertifikatszeichen bleiben Eigentum der TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH. Mit dem Widerruf der Bekanntgabe verliert dieses Zertifikat seine Gültigkeit. Nach Ablauf der Gültigkeit des Zertifikats und auf Verlangen der TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH muss dieses Dokument zurückgegeben und das Zertifikatszeichen darf nicht mehr verwendet werden.

Die aktuelle Version dieses Zertifikates und seine Gültigkeit kann auch unter der Internetadresse: **qal1.de** eingesehen werden.

Die Zertifizierung der Messeinrichtung Gaschromatograph GC 5000 BTX Ausführung PID für Benzol basiert auf den im Folgenden dargestellten Dokumenten und der regelmäßigen fortlaufenden Überwachung des Qualitätsmanagementsystems des Herstellers:

Basisprüfung:

Prüfbericht: 143-04R / 10 vom 23. November 2010
Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg

Veröffentlichung: BAnz. 26. Januar 2011, Nr. 14, Seite 294, Kapitel III, Nr. 1.1,
UBA Bekanntmachung vom 10. Januar 2011

Erstzertifizierung gemäß DIN EN 15267:

Zertifikat Nr. 0000034863: 16. März 2012

Gültigkeit des Zertifikats bis: 01. März 2017

Prüfbericht: 143-04R / 10 vom 23. November 2010
Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg

Veröffentlichung: BAnz. 02. März 2012, Nr. 36, Seite 920, Kapitel V,
Mitteilung 14 sowie Mitteilung 22
UBA Bekanntmachung vom 23. Februar 2012

Gesamtmessunsicherheit für den Labortest		GC 5006	GC 5007		GC 5006	GC 5007
Unsicherheit des Prüfgases*	u_{span} [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	0,06	0,06	c_{Benz} [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	5,0	5,0
Anpassung der Kalibriergeraden	u_{fit} [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	0,08	0,11	c_{Benz} [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	5,0	5,0
Wiederholpräzision	u_r [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	0,02	0,06	c_{Benz} [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	5,9	5,9
Störung durch Ozon	u_{O_3} [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	0,01	0,06	c_{Benz} [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	39,1	39,1
Störung durch organische Verbindungen	u_{org} [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	0,41	0,32	c_{Benz} [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	39,1	39,1
Störung durch relative Feuchte	u_{rh} [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	0,33	0,08	c_{Benz} [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	39,1	39,1
Abhängigkeit vom Luftdruck	u_p [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	0,12	0,11	c_{Benz} [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	39,1	39,1
Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur	u_{Ts} [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	0,22	0,37	c_{Benz} [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	40,5	40,5
Abhängigkeit von der Spannung	u_V [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	0,12	0,06	c_{Benz} [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	39,1	39,1
Gesamtmessunsicherheit u_c [%]		2,6	3,0			
Erweiterte Messunsicherheit $U_{c,rel}$ [%]		5,2	6,0			

*: Die Unsicherheit der Prüfgaserzeugung liegt bei $\pm 2,5\%$ (bez. auf $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$). Standardverfahren über Jahre verifiziert

Gesamtmessunsicherheit für den Feldtest		GC 5006	GC 5007		GC 5006	GC 5007
Unsicherheit des Prüfgases*	u_{span} [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	0,06	0,06	c_{Benz} [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	5,0	5,0
Anpassung der Kalibriergeraden	u_{fit} [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	0,08	0,11	c_{Benz} [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	5,0	5,0
Vergleichsstandardabweichung	u_{ref} [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	0,19	0,19	c_{Benz} [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	40,5	40,5
Störung durch Ozon	u_{O_3} [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	0,01	0,06	c_{Benz} [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	39,1	39,1
Störung durch organische Verbindungen	u_{org} [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	0,41	0,32	c_{Benz} [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	39,1	39,1
Störung durch relative Feuchte	u_{rh} [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	0,33	0,08	c_{Benz} [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	39,1	39,1
Abhängigkeit vom Luftdruck	u_p [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	0,12	0,11	c_{Benz} [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	39,1	39,1
Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur	u_{Ts} [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	0,22	0,37	c_{Benz} [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	40,5	40,5
Abhängigkeit von der Spannung	u_V [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	0,12	0,06	c_{Benz} [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	39,1	39,1
Langzeitdrift	u_d [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	0,45	0,69	c_{Benz} [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	40,5	40,5
Gesamtmessunsicherheit u_c [%]		2,8	3,3			
Erweiterte Messunsicherheit $U_{c,rel}$ [%]		5,7	6,7			

*: Die Unsicherheit der Prüfgaserzeugung liegt bei $\pm 2,5\%$ (bez. auf $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$). Standardverfahren über Jahre verifiziert