

BESCHEINIGUNG

Mitteilung: 0000036948_05_02
über Änderungen nach DIN EN 15267 zum Zertifikat 0000036948_05 vom 20. Juli 2022

Messeinrichtung: SM-4 für Hg
Hersteller: ENVEA GmbH (Mercury Instruments GmbH)
Liebigstr. 5
85757 Karlsfeld
Deutschland

Umweltbundesamt

**Bekanntmachung über die bundeseinheitliche Praxis bei der
Überwachung der Emissionen und der Immissionen
vom 21. Februar 2023
Veröffentlichung: BAnz AT 20.03.2023 B6**


- IV. Mitteilungen zur bundeseinheitlichen Praxis bei der Überwachung
von Emissionen und Immissionen:**
- 15 Mitteilung zu den Bekanntmachungen des Umweltbundesamtes
vom 3. Juli 2013 (BAnz AT 23.07.2013 B4, Kapitel I Nummer 1.1) und
vom 28. Juni 2022 (BAnz AT 28.07.2022 B4, Kapitel III 11. Mitteilung)**


Das Edelstahlgehäuse der Kat-Patrone für die Messeinrichtung SM-4 für Quecksilber der
Fa. ENVEA GmbH kann auch mit einem Schraubverschluss versehen werden.

Die aktuelle Softwareversion der Messeinrichtung lautet
6.64.

Stellungnahme der TÜV Rheinland Energy GmbH vom 3. September 2022

TÜV Rheinland Energy GmbH
Köln, 25. April 2023


i. V. Dipl.-Ing. Guido Baum


i. A. Dipl.-Ing. Carsten Röllig

www.umwelt-tuv.eu
tre@umwelt-tuv.eu
Tel. +49 221 806-5200

TÜV Rheinland Energy GmbH
Am Grauen Stein
51105 Köln

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflabor.
Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage D-PL-11120-02-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang.