

BESCHEINIGUNG

Mitteilung: 0000040334_01_04
über Änderungen nach DIN EN 15267 zum Zertifikat 0000040334_01 vom 05. November 2019

Messeinrichtung: MEAC300 (Emissionsauswertesystem)

Hersteller: SICK AG
Nimburger Straße 11
79276 Reute
Deutschland

Umweltbundesamt

**Bekanntmachung über die bundeseinheitliche Praxis bei der
Überwachung der Emissionen und der Immissionen
vom 29. Juni 2021**

Veröffentlichung: BAnz AT 05.08.2021 B5

- IV. Mitteilungen zur bundeseinheitlichen Praxis bei der Überwachung
von Emissionen und Immissionen:**
- 18 Mitteilungen zu den Bekanntmachungen des Umweltbundesamtes
vom 28. Juni 2019 (BAnz AT 22.07.2019 B8, Kapitel IV Nummer 1.2) und
vom 31. März 2021 (BAnz AT 03.05.2021 B9, Kapitel III 54. Mitteilung)**

Die aktuelle Softwareversion für das Emissionsauswertesystem MEAC300
der Firma SICK AG lautet:


4.1.34.27


Die Versionen bis 4.1.34.26 sind nicht mehr zu verwenden, da es in den Protokollen zu
fehlerhaften Ausgaben kommen kann.

In Anlagen mit EFÜ-Datenfernübertragung ist die neue Version einzusetzen, da in den
älteren Versionen zeitweise Meldungen und Zeitkennungen nicht richtig übertragen werden.

Stellungnahme der TÜV Rheinland Energy GmbH vom 3. Mai 2021

TÜV Rheinland Energy GmbH
Köln, 16. August 2021


i. V. Dipl.-Ing. Guido Baum


i. A. Dipl.-Ing. Carsten Röllig

www.umwelt-tuv.eu
tre@umwelt-tuv.eu
Tel. +49 221 806-5200

TÜV Rheinland Energy GmbH
Am Grauen Stein
51105 Köln

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflabor.
Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage D-PL-11120-02-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang.