

# BESCHEINIGUNG

Mitteilung: 0000043107\_02\_01  
über Änderungen nach DIN EN 15267 zum Zertifikat 0000043107\_02 vom 12. Juni 2019

---

**Messeinrichtung:** APDA-372 bzw. APDA-372E für PM<sub>10</sub> und PM<sub>2,5</sub>  
**Hersteller:** HORIBA Europe GmbH  
Hans-Mess-Str. 6  
61440 Oberursel /Ts.  
Deutschland

---

## Umweltbundesamt

**Bekanntmachung über die bundeseinheitliche Praxis bei der  
Überwachung der Emissionen und der Immissionen  
vom 28. Juni 2019**

**Veröffentlichung: BAnz AT 22.07.2019 B8**

**V. Mitteilungen zur bundeseinheitlichen Praxis bei der Überwachung von Emissionen und Immissionen:**

**13 Mitteilung zu den Bekanntmachungen des Umweltbundesamtes  
vom 25. Februar 2015 (BAnz AT 02.04.2015 B5, Kapitel III Nummer 3.1) und  
vom 27. Februar 2019 (BAnz AT 26.03.2019 B7, Kapitel IV 38. Mitteilung)**

Die Softwareversion der Messeinrichtungen APDA-372 bzw. APDA-372E für PM<sub>10</sub> und PM<sub>2,5</sub> der Firma HORIBA Europe GmbH wurde überarbeitet. Die aktuelle Softwareversion lautet

100451.0014.0001.0001.0011.

Neben dieser Versionsnummer ist auch folgende Zwischenversion gültig:

100450.0014.0001.0001.0011.

Der Sensor des APDA-372 kann gegenwärtig sowohl mit als auch ohne den Insektenschutz betrieben werden. Zukünftig kann der Sensor auch mit Insektenschutzring sowie zusätzlicher Abdichtung der restlichen Spalte mit Kitt betrieben


werden. Das Probenahmerohr kann zukünftig nach Kundenanforderung in der Länge zwischen 1,2 und 2 m variiert werden. Die Messeinrichtung kann auch mit der Wetterstation Luft WS500-UMB betrieben werden.

Stellungnahme der TÜV Rheinland Energy GmbH vom 6. März 2019

---

TÜV Rheinland Energy GmbH  
Köln, 15. September 2019

  
i. V. Dipl.-Ing. Guido Böhm

  
i. A. Dipl.-Ing. Carsten Röll

[www.umwelt-tuv.eu](http://www.umwelt-tuv.eu)  
tre@umwelt-tuv.eu  
Tel. +49 221 806-5200

TÜV Rheinland Energy GmbH  
Am Grauen Stein  
51105 Köln

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 akkreditiertes Prüflabor.  
Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage D-PL-11120-02-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang.