

# BESCHEINIGUNG

Mitteilung: 0000074620\_00\_02  
über Änderungen nach DIN EN 15267 zum Zertifikat 0000074620\_00 vom 17. Juni 2020

---

**Messeinrichtung:** MP101M für PM<sub>10</sub>  
**Hersteller:** ENVEA  
111, Boulevard Robespierre  
78304 Poissy Cedex  
Frankreich

---

## Umweltbundesamt

**Bekanntmachung über die bundeseinheitliche Praxis bei der  
Überwachung der Emissionen und der Immissionen  
vom 28. Juni 2022  
Veröffentlichung: BAnz AT 28.07.2022 B4**

- III. Mitteilungen zur bundeseinheitlichen Praxis bei der Überwachung  
von Emissionen und Immissionen:**
- 40 Mitteilung zu den Bekanntmachungen des Umweltbundesamtes  
vom 31. März 2020 (BAnz AT 07.05.2020 B8, Kapitel II Nummer 2.1) und  
vom 9. März 2022 (BAnz AT 11.04.2022 B10, Kapitel VI 8. Mitteilung)**


Die aktuelle Software der Messeinrichtung MP101M für Schwebstaub PM<sub>10</sub>  
der Fa. ENVEA lautet:  
v.4.0.I


Das Module Board in der Messeinrichtung kann auch in der Revision H eingesetzt werden.

Stellungnahme der TÜV Rheinland Energy GmbH vom 28. April 2022

---

TÜV Rheinland Energy GmbH  
Köln, 01. August 2022

  
i. V. Dipl.-Ing. Guido Baum

  
i. A. Dipl.-Ing. Carsten Röllig

[www.umwelt-tuv.eu](http://www.umwelt-tuv.eu)  
tre@umwelt-tuv.eu  
Tel. +49 221 806-5200

TÜV Rheinland Energy GmbH  
Am Grauen Stein  
51105 Köln

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflabor.  
Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage D-PL-11120-02-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang.